



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 декабря 2008 года № ФСЗ 2008/03184

На медицинское изделие

Микроскоп инвертированный биологический ТС 5000 для лабораторных исследований, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медика Продакт"
(ООО "Медика Продакт"),

Россия, 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 27

Производитель

"Мейджи Техно Ко., Лтд.", Япония,

**Meiji Techno Co., Ltd., 322-1, Chikumazawa, Miyoshi-machi Iruma-gun, Saitama
354-0043, Japan**

Место производства медицинского изделия

**Meiji Techno Co., Ltd., 322-1, Chikumazawa, Miyoshi-machi Iruma-gun, Saitama
354-0043, Japan**

Номер регистрационного досье № 44379 от 02.10.2008

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **44 3510**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 09 декабря 2008 года № 9843-Пр/08

и приказом от 27 июля 2016 года № 7457 о замене

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0022204

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 декабря 2008 года № ФСЗ 2008/03184

Лист 1

На медицинское изделие

Микроскоп инвертированный биологический TC 5000 для лабораторных исследований, с принадлежностями, варианты исполнения:
TC5100, TC5200, TC5300, TC5400, TC5500, TC5600.

Принадлежности:

1. Наглазник для окуляра.
2. Головка компенсационная бинокулярная/тринокулярная/эргономичная.
3. Окуляры широкопольные: SWH10x/22; SWH15x/16; SWH20x/12 с вынесенным фокусом без шкалы/со шкалой.
4. Окуляры с фокусировкой SWH10x-F/22 без шкалы/со шкалой.
5. Объективы ахроматические, скорректированные на "бесконечность" TC Plan: 4x/0.13; 10x/0.25; 20x/0.40; 40x/0.65.
6. Объективы ахроматические для фазового контраста, скорректированные на "бесконечность" TC Plan: Ph4x/0.13; Ph10x/0.25; Ph20x/0.40; Ph40x/0.65.
7. Объективы ахроматические люминесцентные (флуоресцентные), скорректированные на "бесконечность" TC Plan: F4x/0.13; F10x/0.30; F20x/0.40; F40x/0.65.
8. Конденсор TC: N.A. 0.30; N.A. 0.55.
9. Слайдер фазовый.
10. Телескоп центрирующий.
11. Блок люминесцентный (флуоресцентный).
12. Источник питания для блока люминесцентного (флуоресцентного).
13. Держатель лампы для блока люминесцентного (флуоресцентного).
14. Фильтры: нейтральный ND 25, синий прозрачный LB100, зеленый прозрачный G533, зеленый интерференционный, кобальтовый прозрачный, синий возбуждающий, зеленый возбуждающий.
15. Столик предметный механический.
16. Вставка для столика стеклянная.
17. Препаратодержатели: для слайдов; для камеры; для чашек Петри: 35мм, 55мм, 65мм; для планшетов Терасаки; для гемоцитометра.
18. Микрометры для окуляров: перекрест с градуировкой/без градуировки; со шкалой 100/10мм, 100/5мм; квадрат 100/10/0.1.
19. Микрометры столика (объект-микрометры) со шкалой: 100/1мм; 40/0.04".
20. Адаптер C-mount с линзой: 0,45x; 0,5x; 0,66x; 0,7x; 1x; 1,5x; 2,5x.

Приказом от 27 июля 2016 года № 7457 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0023323

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 декабря 2008 года № ФСЗ 2008/03184

Лист 2

21. Адаптер C-mount с держателем шкалы и линзой: 0,45x; 0,7x; 1x; 1,5x; 2,5x.
22. Фотоокуляр: 2,5x; 3,5x; 5x.
23. Адаптер для 35мм пленочной или цифровой SLR камеры.
24. Кольца адаптера для: Canon; Minolta; Pentax K, S; Ricoh; Nikon; Olympus; Contax; Yashika; Konica; Canon EOS; Minolta Alpha; Maxim 2000.
25. Адаптеры для цифровых камер: Nikon Coolpix; Olympus Camedia; Fuji Finepix; Canon Powershot; Sony.
26. Адаптеры для видеокамер: Canon camcorder; JVC camcorder; Panasonic camcorder; Sony camcorder.
27. Видеокамеры цветные аналоговые CCD: C400N; C400P; C400NPS; СК3100N; СК3100P; СК3900N; СК3900P.
28. Видеокамеры цветные цифровые CMOS: DK Lite; DK1000; DK3000; DK5000; DK-X2100.
29. Видеокамеры цветные цифровые CCD: CC1400; CC1070; CC2100; CC2200; CC2300; CC3200.
30. Видеокамеры монохромные цифровые: DK1000M; DK-X2100M; CC1400M; CC1070M; CC2200M; CC3200.
31. Подъем уровня глаз.
32. Кабель сетевой.
33. Чехол защитный.
34. Инструкция пользователя.
35. Стартовый набор:
 - лампа галогеновая - 1 шт.;
 - предохранитель запасной - 1 шт.;
 - масло иммерсионное 2.5мл - 1 фл.

Z

Приказом от 27 июля 2016 года № 7457 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0023322